

PONTA DE PROVA MTL-1

CARACTERÍSTICAS

- **Padrão de Conexão:** Banana 4mm com Isolamento Médio;
- **Revestimento do Cabo:** PVC de Média Flexibilidade;
- **Tensão de Isolamento:** 1000V AC/DC Dupla;
- **Corrente sobre Condutor:**
 - 10A (nominal);
 - 16A por no máximo 30 segundos;
- **Resistência da Ponta:** $<0,06\Omega$ (cada ponta);
- **Certificação:** CE (identificado na ponta de prova);
- **Comprimento do Cabo:** Aproximadamente 700mm;
- **Comprimento do Borne:** Aproximadamente 16mm;
- **Acompanha:**
 - Protetores para os Terminais (1 par);
- **Garantia:** 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT II 1000V com dupla isolação.

Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição.

Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.



sac@minipa.com.br
tel.: (11) 5078-1850
www.minipa.com.br



*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550